

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Екатерина

Возраст: 34

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 21.03.2019 20:45:10

формирования заключения врача: 22.03.2019 09:32:17

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/301184/answer/301192>



Заключение врача

Здравствуйтесь! К сожалению, дискомфорт при смене цистостомического дренажа присутствует всегда. А вот баллончик сдуваться не должен. Если сдувается баллончик каждый раз, значит нарушается технология раздувания баллончика(нарушается герметичность пробки) Обратите внимание на это врача, который будет менять дренаж. Удачи!